ULTRA-CONTROLO

NIST ISO 18082

Base - UNI 9507

TOMAS DE GASES

NIST ISO 18082

Base - UNI 9507

La base UNI 9507 sirve para montar las tomas UNI 9507, AFNOR NF S 90-116 y NIST EN 739. Es de latón CW617N inyectado a presión y pulido, con extremo para soldar Ø 10 mm (Ø 12 mm en vacío) y tuerca específica del gas.



Características

- Bloque de 40x34x42,5 mm
- Distancia entre orificios de 33 mm

Normas

- UNI EN ISO 9170-1
- UNI 9507
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × cuerpo de latón CW617N
- Extremo para soldar Ø 10 mm (Ø 12 mm en vacío) y tuerca específica del gas
- Junta tórica de FKM para O2; de NBR para los demás gases
- Muelles de acero inoxidable

GAS	ANCHURA	ALTURA	PROFUNDIDAD	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS
Aire 800	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm