ULTRA-CONTROLO

Évacuation des Gaz Anesthésiques

Prise AGSS, 1L - EN ISO 9170-2

PRISES MURALES

Évacuation des Gaz Anesthésiques

Prise AGSS, 1L - EN ISO 9170-2

Prise conforme à EN ISO 9170-2 ; elle doit être raccordée au système centralisé d'évacuation par une embase spécifique et existe en type 1L. Elle est équipée d'un clapet anti-retour qui interrompt le flux lorsque la sonde est débranchée.



Caractéristiques

- Conforme à EN ISO 9170-2
- Type 1L

Normes

- UNI EN ISO 7396-2
- UNI 9507
- UNI EN ISO 9170-2
- UNI EN ISO 15001

Composants

- Corps en laiton nickelé chimiquement
- Écrou annulaire en ABS chromé
- Filtre en acier inoxydable
- Ressorts en acier inoxydable
- Joint torique EPDM PEROX

GAZ	TYPE	PERTE DE CHARGE À 90 L/MIN	POIDS
AGSS	1L	0,03 kPa	0,22 kg

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com